

# COLORIMETRE CIFEC Micro1000 version 2010

Appareil de mesure portable, le colorimètre CIFEC Micro1000 version 2010 Chlorometer permet d'effectuer des analyses de chlore libre et total, en Eau Potable, d'une manière simple et rapide.



Paramètres :	Gamme :	Résolution :	Exactitude (1) :
Chlore (libre et total)	0.01 à 5,00 mg/l	0,01 mg/l	0.01-0.5 mg/l $\pm$ 0.02 mg/l >0.5-2 mg/l $\pm$ 0.06 mg/l >2-3 mg/l $\pm$ 0.1 mg/l >3-5 mg/l $\pm$ 0.3 mg/l

<b>Source lumineuse :</b>	double LED avec filtres à 530 et 575 nm +/- 2 nm en longueur d'onde +/- 10 nm en largeur d'onde
<b>Ecran :</b>	cristaux liquide 125 x 68 pixels
<b>Clavier :</b>	Étanche IP 67
<b>Température de fonctionnement :</b>	0 à 50°C
<b>Alimentation :</b>	2 piles 1,5 Volts avec mise en veille automatique
<b>Dimensions de l'appareil :</b>	150 x 65 x 42 mm (appareil nu) réf. : 326.120.00 300 x 260 x 80 mm (mallette) réf. : 326.121.00
<b>Cuves cylindriques de qualité optique :</b>	jaugée à 10 ml, Ø ext. 25 mm, avec bouchon d'étanchéité et de manipulation
<b>Mémorisation des mesures effectuées :</b>	visualisation des 10 dernières mesures réalisées

(1) : données Palintest

# COLORIMETRE CIFEC Micro1000 version 2010

Appareil de mesure portable, le colorimètre Micro 1000 version 2010 Chlorometer permet d'effectuer la mesure du Chlore Libre et Total d'une manière simple et rapide

**Colorimètre Micro 1000 sans réactif, sans cuve et sans mallette**

L'appareil nu Hors Taxes ----- 32623100A -----

+ Avec Certificat d'étalonnage Individuel Photomètre +3240040 -----



**Colorimètre Micro 1000 en mallette CIFEC Version 1**

Avec 2 cuves de mesure, 1 agitateur, 1 seringue de prélèvement, 50 pilules DPD n° 1 noires, 50 pilules DPD n° 3 noires, 2 piles de 1,5 Volts Alcalines, l'ensemble présenté dans une mallette rigide.

L'ensemble Hors Taxes ----- 32623000B -----

+ Avec Certificat d'étalonnage Individuel Photomètre +3240040 -----

**Colorimètre Micro 1000 en mallette CIFEC Version 2**

Avec 3 cuves de mesure, 1 agitateur, 1 seringue de prélèvement, 50 pilules DPD n° 1 noires, 50 pilules DPD n° 4 noires, 2 piles de 1,5 Volts Alcalines, l'ensemble présenté dans une mallette rigide.

L'ensemble Hors Taxes ----- 32623001B -----

+ Avec Certificat d'étalonnage Individuel Photomètre +3240040 -----



**Colorimètre Micro 1000 en mallette Palintest Version 1**

Avec 4 cuves de mesure, 1 agitateur, 1 seringue de prélèvement, 50 pilules DPD n° 1 noires, 50 pilules DPD n° 3 noires, 2 piles de 1,5 Volts Alcalines, l'ensemble présenté dans une mallette rigide.

L'ensemble Hors Taxes ----- 32623000C -----

+ Avec Certificat d'étalonnage Individuel Photomètre +3240040 -----

**Colorimètre Micro 1000 en mallette Palintest Version 2**

Avec 4 cuves de mesure, 1 agitateur, 1 seringue de prélèvement, 50 pilules DPD n° 1 noires, 50 pilules DPD n° 4 noires, 2 piles de 1,5 Volts Alcalines, l'ensemble présenté dans une mallette rigide.

L'ensemble Hors Taxes ----- 32623001C -----

+ Avec Certificat d'étalonnage Individuel Photomètre +3240040 -----

**ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE**

Cuve de mesure Pooltest6/Micro1000 10 ml 25 mm -----	32623200A
Boîte de 5 cuves de mesure Pooltest6/Micro1000 10ml 25mm -----	32623200B
Goupillon pour cuve 10 ml photomètre -----	31010044
Agitateurs, les 10 unités -----	31010050
Papiers essuie-cuves (absorbant A3, 10 feuilles) -----	31010070A
Papiers essuie-cuves (absorbant A3, 56 feuilles) -----	31010070B
Seringue de 1 ml -----	31010053
Seringue de 5 ml -----	31010055
Seringue de 10 ml -----	31010056
Seringue de 60 ml -----	31010058
Godet plastique jaugé 20-40-60-80-100 ml -----	31010066
Pile AA 1.5 Volts Alcaline, le jeu de 2 (+10°C à +70°C) -----	32500000AL
Pile AA 1.5 Volts Lithium, le jeu de 2 (-20°C à +70°C) -----	32500000LI
Standard de contrôle Chlore Micro1000 v2010 (nouveau) -----	32623410
Standard d'étalonnage Absorbance pour Micro1000 v2010 -----	32623500
Mallette Micro1000 v2010 vide avec mousse -----	32624000
Etalonnage photomètre CIFEC sans prêt -----	32500052SP
Etalonnage photomètre CIFEC avec étalon de travail gel -----	32500052E
Etalonnage photomètre CIFEC avec prêt -----	32500052AP

**REACTIFS****Chlore Libre** (en boîte plastique)

100 pilules DPD 1 N réf.: 31510047.1NA  
 500 pilules DPD 1 N réf.: 31510047.1NB  
 1000 pilules DPD 1 N réf.: 31510047.1NC

**Chlore Libre** (en boîte carton)

500 pilules DPD 1 N réf.: 31510060.1NB  
 1000 pilules DPD 1 N réf.: 31510060.1NC

**Chlore Total** (en boîte plastique, s'ajoute à la DPD1)

100 pilules DPD 3 N réf.: 31510047.3NA  
 500 pilules DPD 3 N réf.: 31510047.3NB  
 1000 pilules DPD 3 N réf.: 31510047.3NC

**Chlore Total** (en boîte carton, s'ajoute à la DPD1)

500 pilules DPD 3 N réf.: 31510060.3NB  
 1000 pilules DPD 3 N réf.: 31510060.3NC

**Chlore Total** (en boîte plastique, s'utilise seule)

100 pilules DPD 4 N réf.: 31510047.4NA  
 500 pilules DPD 4 N réf.: 31510047.4NB  
 1000 pilules DPD 4 N réf.: 31510047.4NC

**Chlore Total** (en boîte carton, s'utilise seule)

500 pilules DPD 4 N réf.: 31510060.4NB  
 1000 pilules DPD 4 N réf.: 31510060.4NC

**Chlore réactif liquide :****Réactif liquide spécial eau potable de 0 à 2 mg/L**

Solution DPD n°1A 15 ml réf. :31510147.1A  
 Solution DPD n°1B 15 ml réf:31510147.1B  
 Solution DPD n°3 30 ml réf 31510147.3

**Séquestrant** (en boîte plastique s'utilise avec la DPD)

100 pilules EDTA réf.: 31518111  
 100 pilules Steadifac réf.: 31510153  
 100 pilules NH3G glycine réf.: 31510150  
 Solution NH3G glycine 30ml réf.: 31510154  
 Solution DB DPD 30 ml réf.: 31511161